

お客様各位

2019年10月
医療の現場に、未来に、安全を
HOGY.

相互接続防止コネクタ（神経麻酔分野）の対象部材 切替え、変更のご案内

拝啓 平素より弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

神経麻酔分野における相互接続防止コネクタの対応につきましては、対象品の確認等でお手数をお掛けする事となりましたがご協力賜りまして誠にありがとうございます。

ご確認いただきました対象となる部材を相互接続防止コネクタへ切替、変更させて頂きますのでご案内申し上げます。

また、対応（切替）時期につきまして2020年1月予定のご案内を致しましたが、部材製造元メーカーにより、弊社への供給が予定より遅延するとの連絡を受けております。このため対応時期を2020年2月へ変更させて頂きます。

お客様へは大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

敬具

【切替対象製品及び部材】

対象となります製品、部材につきましては弊社営業よりご案内させて頂きます。

（対象製品、部材は別紙にてご案内いたします。）

【対応時期】

2020年2月より対応（切替）予定

以上